

物品購入仕様書

1	品名	多用途透析用監視装置
2	型式	DCS-200Si
3	製造業者	日機装株式会社
4	機器構成	本体5式 モニタ部 体外循環部 補液制御部
5	仕様	
	(1) 使用目的	腎機能が著しく低下した症例の血液透析ろ過治療での、透析液の監視、除水、補液及び血液体外循環の制御及び監視をする。
	(2) 医療機器承認番号 (医薬品医療機器総合機構登録)	23100BZX00067000
	(3) 構成システム	透析液制御システム 血液体外循環システム 補液制御システム
6	数量	5式
7	納入期限	令和9年3月25日
8	納入場所	輪島市山岸町地内 市立輪島病院透析室
9	その他	<ul style="list-style-type: none">・ 指定製品となるため同等品は不可とする。・ 納入物品は、全て新品未使用品とする。なお、標準装備品の取外しなどダウングレードと判断されることをしてはならない。・ 運搬、搬入及び調整費は、納入業者の負担とする。・ 附属品は、原則メーカー純正品とする。・ 搬入、据付及び調整は、病院の業務に支障をきたさないよう、病院職員と協議の上、その指示に従うこと。・ 保証期間は導入後 1 年とし、その間に通常の使用により故障及び不具合が生じた場合は、無償にて速やかに修理すること。・ 本装置の修理、部品供給、その他アフターサービスについて速やかに対処する体制を有すること。・ 既設品は、受注者の負担で適正に処分すること。・ 引渡書、完了報告書、納入医療機器情報報告書の提出をすること。